

## **ALLEGATO 1**

Autorizzazione delle seguenti Strutture sanitarie autorizzate all'esercizio di attività sanitaria per la funzione Laboratorio di analisi o di Punto prelievo, ex DGR 327/2004, all'effettuazione dei test sierologici di cui alla DGR 350/2020, modificata con DGR 475 del 11 maggio 2020: "Aggiornamento della DGR 350/2020 "COVID-19: Disciplina dei test sierologici". Le limitazioni all'autorizzazione sono espressamente indicate.

### **1. Laboratorio di analisi San Giuseppe S.n.c. - Zola Predosa (BO), via Roma n.7/A.**

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all'effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.

- Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria n. 12944 del 01/08/2000 rilasciata dal Comune di Zola Predosa (BO);
- istanza di autorizzazione all'effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0353987 del 12/05/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con PG/2020/0369168 del 18/05/2020, con cui è stato espresso parere "Favorevole - i test sono accettati".

### **2. Poliambulatorio privato Gamma laboratorio di analisi - Carpi (MO), via Meloni di Quartirolo n.4.**

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all'effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.

- Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria n. 19423 del 18/04/2007 rilasciata dal Comune di Carpi (MO);
- già autorizzato DGR 350/2020 con determina n. 7872 del 11/05/2020;
- istanza di autorizzazione all'effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0355286 del 12/05/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con PG/2020/0369184 del 18/05/2020, con cui è stato espresso parere "Favorevole - i test sono accettati".

**3. Poliambulatorio MEDLAVITALIA S.r.l. - Punto prelievo, Parma, Galleria Crocetta, N. 10/A.**

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all'effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.

Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria n. 193103 del 5/11/2009 e Autorizzazione Centro prelievi n. 96595 del 03/06/2015, rilasciate dal Comune di Parma;

- già autorizzato DGR 350/2020 con determina n. 7872 del 11/05/2020;
- istanza di autorizzazione all'effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0355553 del 12/05/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con PG/2020/0369362 DEL 18/05/2020, con cui è stato espresso parere "Favorevole - i test sono accettati".

**4. Centro Medico Soteria S.r.l. - Punto prelievo, Felino (PR), via Aldo Moro n.1.**

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all'effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.

- Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria n. 02/2012 del 27/10/2012 e Autorizzazione Punto prelievi n. 1/2013 del 18/05/2013, rilasciate dal Comune di Felino (PR);
- già autorizzato DGR 350/2020 con determina n. 7872 del 11/05/2020;
- istanza di autorizzazione all'effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0354041 del 12/05/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con PG/2020/0369593 del 18/05/2020, con cui è stato espresso parere "Favorevole - i test sono accettati".

**5. Poliambulatorio Analysis S.r.l.- Busseto (PR), via Partigiani d'Italia n. 3.**

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all'effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.

- Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria PG 92585 del 17/11/2014, rilasciata dal Comune di Busseto (PR);
- già autorizzato DGR 350/2020 con determinazione n. 7567 del 05/05/2020 e con determinazione n. 8061 del 13/05/2020, ove per mero errore materiale è stato associato il parere tecnico con protocollo PG/2020/0358296 del 13/05/2020 all'istanza di autorizzazione PG/2020/0354115 del 12/05/2020, anziché all'istanza di autorizzazione PG/2020/0343722 del 07/05/2020;

- istanza di autorizzazione all'effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0354115 del 12/05/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con PG/2020/0369347 del 18/05/2020, con cui è stato espresso parere "Favorevole - i test sono accettati".

**6. Centro medico privato Lazzaro Spallanzani S.r.l.- Punto prelievo**

-Reggio Emilia, via Fratelli Cervi n. 75/B.

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all'effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.

- Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria PG 138/2013 del 13/08/2013, rilasciata dal Comune di Reggio Emilia;
- istanza di autorizzazione all'effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0355624 del 12/05/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con PG/2020/0369157 del 18/05/2020, con cui è stato espresso parere "Favorevole - i test sono accettati".

**7. Laboratorio analisi Nuovo S. Orsola - Poliambulatorio e Laboratorio Nuovo S. Orsola S.r.l., sede legale Parma, via Sidoli, 9/A**

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all'effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.

- Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria PG 255850/13.12.98, 253000/10.12.2018, rilasciate dal Comune di Parma;
- già autorizzato DGR 350/2020 con determinazione n. 7872 del 11/05/2020;
- istanza di autorizzazione all'effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0343398 del 07.05.2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con protocollo in ingresso con PG/2020/348929 del 8/5/2020 collegato al PG/2020/0367451 del 18.05.2020, con cui è stato espresso parere "favorevole per la integrazione proposta "test accettato".

**8. Laboratori Clinici Stante.** Sede legale Bologna via Zanardi, n. 6, sede della struttura sanitaria Bologna, via Berretta Rossa, n. 51/A;

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all'effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del

dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.

- Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria PG 224769 del 04/08/2014, rilasciata dal Comune di Bologna;
- già autorizzato DGR 350/2020 con determinazione n. 7872 del 11/05/2020 (istanze PG/2020/0329058 del 30/04/2020, integrazione PG/2020/0333320 del 05/05/2020 e PG 0319916 del 05/05/2020 - parere tecnico PG/2020/0349154 del 08/05/2020)
- istanza di autorizzazione all'effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0310916 del 23/04/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con protocollo PG/2020/370162 del 18.5.2020 con cui è stato espresso parere favorevole "I test ELISA, DIAPRO e IC AFIAS rientrano nel gruppo di metodi già convalidati dal Gruppo tecnico della Regione Emilia-Romagna con la sola eccezione del test "QUICK PROFILE" di cui si sconsiglia l'impiego."

**9. Poliambulatorio Città di Collecchio S.r.l, autorizzato per la funzione Punto prelievo.** Collecchio (PR), via La Spezia, n. 1/A. Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all'effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.

- Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria n. 732/2019, rilasciata dal Comune di Collecchio (PR);
- già autorizzata con determinazione n. 7811 del 08/05/2020;
- istanza di autorizzazione all'effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, protocollata in ingresso con PG/2020/0340278 del 06/05/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con protocollo in ingresso con PG/2020/358232 del 13/05/2020, con cui è stato espresso parere favorevole "I test sono accettati".

**10. Poliambulatorio Dalla Rosa Prati S.r.l. - Parma, via Emilia Ovest n. 12/a.**

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all'effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.

- Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria n. 63195 del 11/04/2013 rilasciata dal Comune di Parma;
- istanza di autorizzazione all'effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0336777 del 05/05/2020;

- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con PG/2020/0348699 del 08/05/2020, con cui è stato espresso parere "Favorevole con limitazione - si accetta l'uso dei test IC proposti, mentre il metodo ELISA non è accettato".